



\*\*\*

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER:  
LA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI N. 1 SISTEMA LC-MS/MS A TRIPLO QUADRUPOLO  
COMPLETO DI SISTEMA ULTRA-FAST-HPLC, OCCORRENTE AL  
LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DI BERGAMO,  
FINANZIATA CON RISORSE PNC “Piano Nazionale Complementare”, DA  
ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 71 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023.**

Oggi martedì 27 febbraio 2024 alle ore 10,40, presso la sala riunioni dell’ATS di Bergamo, sita al primo piano della sede legale di via Galliccioli 4, a Bergamo, si è riunita la commissione giudicatrice istituita con determinazione dirigenziale n. 11 del 6.02.2024:

Presidente: Dott.ssa Gemma Molinari, Responsabile Sezione Chimica (chimica analitica) della S.S.D Laboratorio di Prevenzione dell’ATS di Bergamo;

Componente: Dott. Gian Piero Barracchia, Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’ATS di Bergamo e Responsabile del Progetto (RUP);

Componente: Dott. Davide Barachetti, Tecnico di Laboratorio Sanitario Biomedico della S.S.D Laboratorio di Prevenzione dell’ATS di Bergamo.

Ciascun componente della commissione, compreso il Presidente, sottoscrive la dichiarazione di non essere incompatibile e di non avere conflitto di interesse.

La commissione riceve dal RUP, Dott. Gianpiero Barracchia, la documentazione di gara e la busta tecnica per effettuare la valutazione tecnica dello strumento.

La commissione prende visione del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e del suo allegato; procede poi con la lettura dei criteri di valutazione e l’analisi dei documenti prodotti dalla ditta partecipante.

La commissione dà atto che la documentazione della ditta è completa ed esaustiva e che ha offerto lo strumento richiesto, come da capitolato.

Procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi, secondo quanto previsto dalla tabella del disciplinare di gara; il punteggio assegnato alla ditta è allegato al presente verbale ed è così riassunto:

| Ditta                              | Punteggio ottenuto a seguito di valutazione |
|------------------------------------|---|
| Agilent Technologies Italia S.p.A. | 70  |

Si precisa che la Commissione interpreta quanto riportato nella relazione merito tecnica della ditta Agilent così come segue “il valore massimo dell’intervallo deve raggiungere il valore almeno pari o maggiore a 3.000 amu”.

Si evidenzia che la ditta ha ottenuto un punteggio maggiore di 40/70 (minimo per essere ammessi al prosieguo di gara); pertanto, la ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.


Terminate le valutazioni, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,40.

Si allega:


- tabella dei punteggi di qualità

Bergamo, 27.02.2024

il Presidente: Dott.ssa Gemma Molinari



il componente: Dott. Gian Piero Barracchia



il componente Dott. Davide Barachetti

