

Codice articolo produttore: 41101612

€ 710,00/pezzo**Bagnomaria Argo Lab WB 22 con pompa**Fornitore [BIOLTECNICAL SERVICE](#)

Bagnomaria - Temperatura massima: 100 °C - Stabilità: 0,1 °C Dimensioni della vasca (Lu x La x P): 500x295x200 mm - Codice CPV: 42943000-8-Bagni termostatici e accessori

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

41101612

Classificazioni**CPV** 42943000-8 Bagni termostatici e accessori**CND** W02079001 BAGNI TERMOSTATICI**Caratteristiche**

Allegato	scheda tecnica bagnomaria wb 22.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	41101612
Codice articolo produttore	41101612
Codice CPV	Codice: 42943000-8 Descrizione: Bagni termostatici e accessori
Contenuto della confezione	1
Descrizione tecnica	Bagnomaria - Temperatura massima: 100 °C - Stabilità: 0,1 °C Dimensioni della vasca (Lu x La x P): 500x295x200 mm - Codice CPV: 42943000-8-Bagni termostatici e accessori
Immagine	41101612 bagnomaria wb 22 lt.jpg
Marca	Argolab
Nome commerciale	Bagnomaria Argo Lab WB 22 con pompa
Prezzo	€ 710,00
Prezzo per unità di prodotto	710
Unità di prodotto	pezzo
Unità di vendita	pezzo
Agitazione meccanica	SI

Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Capacità della vasca	22 l
Classe	classe I
Classe prevista	SI
Codice CND previsto	NO
Dimensioni della vasca (LxPxH)	500x295x200 mm
Disponibilità minima garantita	10 pezzo
Garanzia aggiuntiva	
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Lettura della temperatura	digitale
Lettura della temperatura presente	SI
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo
Note	Trasporto e imballo: compreso. Installazione Esclusa
Raffreddamento	NO
Stabilità	0,1 °C
Stabilità [°C]	0,1
Temperatura massima	100 °C
Temperatura minima	
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi
Timer	SI
Tipo contratto	acquisto
Ultimo Aggiornamento	08/12/2022

Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO
------------	----	------	--	--------

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

