

Codice articolo produttore: GZ-0416+

€ 3.250,00/pezzo**Centrifuga mod. 0416 con: rotore osc. a 4 posti, 4 bascule, 4 adattatori, 4 portaprovette**Fornitore [TECNO-LAB S.R.L.](#)

Centrifuga da banco - Massima capacità di carico: 400 n x ml - Tipologia motore: induzione
- Tipologia rotore: angolo oscillante - Velocità massima rotore angolo fisso: - Velocità
massima rotore angolo oscillante: 4000 rpm - Codice CPV: 42931120-8-Centrifughe da
banco

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

GZ-0416+

Classificazioni**CPV** 42931120-8 Centrifughe da banco**CND** W02069003 CENTRIFUGHE**Caratteristiche****Allegato** centrifuga-416.pdf**Area di consegna o erogazione** ITALIA**Codice articolo fornitore** GZ-0416+**Codice articolo produttore** GZ-0416+**Codice CPV** Codice: 42931120-8
Descrizione: Centrifughe da banco**Descrizione tecnica** Centrifuga da banco - Massima capacità di carico: 400 n x ml - Tipologia motore:
induzione - Tipologia rotore: angolo oscillante - Velocità massima rotore angolo
fisso: - Velocità massima rotore angolo oscillante: 4000 rpm - Codice CPV:
42931120-8-Centrifughe da banco**Immagine** 0416.jpg**Marca** Gyrozen**Nome commerciale** Centrifuga mod. 0416 con: rotore osc. a 4 posti, 4 bascule, 4 adattatori, 4
portaprovette**Prezzo** € 3.250,00**Unità di vendita** pezzo**Accelerazione massima rotore angolo**

Accelerazione massima rotore angolo	801 x g
Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Classe prevista	NO
Codice CND previsto	NO
Disponibilità minima garantita	10 pezzo
Garanzia aggiuntiva	
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo
Massima capacità di carico	400 n x ml
Numero di alloggiamenti	16
Peso	23 kg
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi
Tipo contratto	acquisto
Tipologia motore	induzione
Tipologia rotore	angolo oscillante
Velocità massima rotore angolo fisso	
Velocità massima rotore angolo oscillante	4000 rpm
Volume massimo di ciascun	100 ml
Ultimo Aggiornamento	15/12/2022

Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO
------------	----	------	--	--------

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.