

Codice articolo produttore: 9010-0313

€ 1.953,00/pezzo**Incubatore a convezione forzata mod. BF 56 Avantgarde cl 3-1**[Fornitore FKV SRL](#)

Incubatore - Dimensioni: 400x340x440 mm - Tipologia: da banco - Sistema di trasmissione del calore: circolazione forzata - Codice CPV: 42940000-7-Macchinari per il trattamento termico di sostanze

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

BI BF 56

Classificazioni

CPV	42940000-7 Macchinari per il trattamento termico di sostanze
CND	W02039099 STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA

Caratteristiche

Allegato	bi 90100313.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	BI BF 56
Codice articolo produttore	9010-0313
Codice CPV	Codice: 42940000-7 Descrizione: Macchinari per il trattamento termico di sostanze
Descrizione tecnica	Incubatore - Dimensioni: 400x340x440 mm - Tipologia: da banco - Sistema di trasmissione del calore: circolazione forzata - Codice CPV: 42940000-7-Macchinari per il trattamento termico di sostanze
Marca	Binder
Nome commerciale dell'incubatore	Incubatore a convezione forzata mod. BF 56 Avantgarde cl 3-1
Prezzo	€ 1.953,00
Unità di vendita	pezzo
Assistenza aggiuntiva	fornitore
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Classe prevista	NO

Codice CND previsto	NO		
Dimensioni interne (LxPxH)	400x340x440 mm		
Disponibilità minima garantita	10 pezzo		
Garanzia aggiuntiva	fornitore 2 anni		
Garanzia aggiuntiva prevista	SI		
Intervallo di temperature impostabili	7-100 °C		
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo		
Porte di vetro interne	1		
Porte di vetro interne previste	SI		
Potenza	400 W		
Ripiani [numero]	2		
Risoluzione del dispositivo di	0,1 °C		
Sistema di trasmissione del calore	circolazione forzata		
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi		
Tempo di riscaldamento da 25 °C a 37 °C	4 min		
Tipo contratto	acquisto		
Tipologia	da banco		
Variazione di temperatura nel tempo a 37	0,1		
Variazione di temperatura nel tempo a 37	0,1 °C		
Variazione di temperatura nello spazio a	0,3 °C		
Variazione di temperatura nello spazio a	0,3		
Volume interno	56 l		
Ultimo Aggiornamento	23/01/2023		
Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio
ATTIVO			

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.