

Codice articolo produttore: AF700 TN/AC

€ 2.850,00/pezzo**Congelatore mod. AF700 TN/AC**

Fornitore TECNO-LAB S.R.L.

congelatore - Dimensioni esterne (LxHxP): 710x2000x920 mm - Capacità: 700 l -
Temperatura preimpostata: -20 °C - Temperatura impostabile (min/max): -20/-10 °C -
Numero ripiani: 3 - Numero Cassetti: 1 - Numero cestelli: 1 - Classe: classe I-classe I -
Codice CPV: 39711120-6-Congelatori

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

ITALIA

Codice articolo fornitore

AF700 TN/AC

Classificazioni

CPV

39711120-6 Congelatori

Caratteristiche

Allegato	af 700 tn-ac.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	AF700 TN/AC
Codice articolo produttore	AF700 TN/AC
Codice CPV	Codice: 39711120-6 Descrizione: Congelatori
Contenuto della confezione	1
Descrizione tecnica	congelatore - Dimensioni esterne (LxHxP): 710x2000x920 mm - Capacità: 700 l - Temperatura preimpostata: -20 °C - Temperatura impostabile (min/max): -20/-10 ° C - Numero ripiani: 3 - Numero Cassetti: 1 - Numero cestelli: 1 - Classe: classe I- classe I - Codice CPV: 39711120-6-Congelatori
Immagine	af700 tn-ac.jpg
Marca	Piardi
Nome commerciale	Congelatore mod. AF700 TN/AC
Prezzo	€ 2.850,00
Prezzo per unità di prodotto	2850
Unità di prodotto	pezzo
Unità di vendita	pezzo

Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Capacità	700 l
Circolazione interna dell'aria	circolazione forzata
Classe	classe I
Codice CND presente	NO
Dimensioni esterne (LxHxP)	710x2000x920 mm
Dimensioni interne (LxHxP)	680x1700x890 mm
Disponibilità minima garantita	20 pezzo
Garanzia aggiuntiva	
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo
Note	Trasporto e posizionamento al 1° piano inclusi
Numero cassette	1
Numero cestelli	1
Numero ripiani	3
Risoluzione del dispositivo di	0,1 °C
Rumorosità	40 dB
Spessore di coibentazione	6/4 mm
Temperatura impostabile (min/max)	-20/-10 °C
Temperatura preimpostata dalla fabbrica	-20 °C
Temperatura regolabile	SI
Tempo di consegna	40 giorni lavorativi
Tipo contratto	acquisto
Tipologia	congelatore
Tipologia di apertura	orizzontale
Ultimo Aggiornamento	19/12/2022

Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO
------------	----	------	--	--------

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.