

Codice articolo produttore: VWRI521-1894

€ 3.900,00/pezzo**CENTRIFUGA VWR MEGA STAR 600R PACCHETTO**Fornitore VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Centrifuga da banco - Massima capacità di carico: 145 n x ml - Tipologia motore: induzione senza spazzole - Tipologia rotore: angolo oscillante - Velocità massima rotore angolo fisso: - Velocità massima rotore angolo oscillante: 4350 rpm - Codice CPV: 42931120-8-Centrifughe da banco

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

521-1894

Caratteristiche

Allegato	521-1894 scheda.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	521-1894
Codice articolo produttore	VWRI521-1894
Codice CPV	Codice: 42931120-8 Descrizione: Centrifughe da banco
Descrizione tecnica	Centrifuga da banco - Massima capacità di carico: 145 n x ml - Tipologia motore: induzione senza spazzole - Tipologia rotore: angolo oscillante - Velocità massima rotore angolo fisso: - Velocità massima rotore angolo oscillante: 4350 rpm - Codice CPV: 42931120-8-Centrifughe da banco
Immagine	521-1894.jpg
Marca	Codice: VWR - Avantor Descrizione:
Nome commerciale	CENTRIFUGA VWR MEGA STAR 600R PACCHETTO
Prezzo	€ 3.900,00
Unità di vendita	pezzo
Accelerazione massima rotore angolo	
Accelerazione massima rotore angolo	3046 x g
Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Classe prevista	NO
Codice CND previsto	NO
Disponibilità minima garantita	10 pezzo

Garanzia aggiuntiva				
Garanzia aggiuntiva prevista		NO		
Lotto minimo per unità di vendita		1 pezzo		
Massima capacità di carico		145 n x ml		
Numero di alloggiamenti		4		
Peso		74 kg		
Tempo di consegna		30 giorni lavorativi		
Tipo contratto		acquisto		
Tipologia motore		induzione senza spazzole		
Tipologia rotore		angolo oscillante		
Velocità massima rotore angolo fisso				
Velocità massima rotore angolo oscillante		4350 rpm		
Volume massimo di ciascun		145 ml		
Ultimo Aggiornamento		20/03/2023		
Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.