

Codice articolo produttore: HC2-AW

**€ 1.500,00**/pezzo**WATER ACITVITY PROBE 1M CABLE**Fornitore VWR INTERNATIONAL S.R.L.

Igrometro e termoigrometro scientifico e da laboratorio - Tipo: portatile - Parametri misurabili: umidità - Materiali: alimentare - Sistema di misurazione umidità: penetrazione o contatto - Range di misurazione umidità: 0-100 % - Risoluzione umidità (+-): 0,1 % - CPV: 38414000-0

**MERCATO ELETTRONICO**

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

710-0997

**Classificazioni**

CPV

38414000-0 Igrometri

**Caratteristiche**

Allegato	710-0997_manual_hc2-aw-usb_low.pdf
Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	710-0997
Codice articolo produttore	HC2-AW
Codice CPV	Codice: 38414000-0 Descrizione: Igrometri
Descrizione tecnica	Igrometro e termoigrometro scientifico e da laboratorio - Tipo: portatile - Parametri misurabili: umidità - Materiali: alimentare - Sistema di misurazione umidità: penetrazione o contatto - Range di misurazione umidità: 0-100 % - Risoluzione umidità (+-): 0,1 % - CPV: 38414000-0
Immagine	710-0997_rotrhc2-aw.jpg
Marca	Rotronic
Nome commerciale	WATER ACITVITY PROBE 1M CABLE
Prezzo	€ 1.500,00
Unità di vendita	pezzo
Accessori compresi	cavo di collegamento
Alimentazione	alimentatore 9v
Dimensioni (LxHxP)	68x60x68 mm

Disponibilità minima garantita	100 pezzo
Interfaccia	USB
Interfaccia prevista	SI
Lotto minimo per unità di vendita	1 pezzo
Materiali	alimentare
Memoria presente	NO
Parametri misurabili	umidità
Peso	1000 g
Pressione	
Punto di rugiada	SI
Range di misurazione umidità	0-100 %
Range temperatura	
Risoluzione temperatura	
Risoluzione umidità (+-)	0,1 %
Sistema di misurazione umidità	penetrazione o contatto
Software analisi	SI
Tempo di consegna	30 giorni lavorativi
Tipo	portatile
Tipo contratto	acquisto
Ultimo Aggiornamento	16/01/2024

Iniziativa	ME	Beni	Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio	ATTIVO
------------	----	------	--	--------

**Ricorda!**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.